



Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLÓWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYŚLOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 3

**„Zakup, dostawę i montaż 2 sztuk aparatów USG dla Przychodni Brackiej
OSIEDŁOWA oraz Przychodni Brackiej WUJEK”**

Nr sprawy : NZ/JK/24/15/IN

Do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia możemy zaproponować Państwu dwa aparaty USG, jednak proszę o informację czy dopuszczają Państwo poniższe parametry do udziału w postępowaniu:

Pytanie nr 1

- aparat o rozdzielczości monitora 1024x768, posiadający głowicę elektroniczną endowaginalną, szerokopasmową ze zmienną częstotliwością pracy 4,0-10MHz o kącie skanowania 150 stopni, posiadający dynamikę systemu 174dB i częstotliwość pracy w zakresie 1,7 do 12MHz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w aparatu USG
i/lub

- aparat, posiadający głowicę elektroniczną endowaginalną, szerokopasmową ze zmienną częstotliwością pracy 4,2-10MHz o kącie skanowania 128 stopni, częstotliwość pracy w zakresie 1,7 do 13MHz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w aparat USG.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy oferowanych aparatów ultrasonograficznych do 10 dni roboczych w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 7.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie w/w terminu. Termin realizacji zamówienia zgodny z SWZ, tj. 21 dni od daty zawarcia umowy.



FUNDACJA „UNIA BRACKA”

KIEROWNIK
Zespołu Techniczno-Majątkowego
Tel. 32 240-10-65 wew. 172

Joanna Kasnerczyk

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Eugeniusz Zaik

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Murkiewicz