



Fundacja „Unia Bracka”
ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 00000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOSNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLÓWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZÓWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 1

**„Zakup odczynników biochemicznych
wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy”**

Nr sprawy : NZ/AM/8/16/IN

Dotyczy: warunków umowy

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zobowiązania Wykonawcy do wymiany Analizatora lub towaru zgłoszonych do reklamacji w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia na 72 godziny od momentu zgłoszenia ? Dotyczy § 6, pkt. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany Analizatora lub towaru zgłoszonych do reklamacji w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, pkt. 1a) oraz b) do 2,5% brutto wartości tego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

Dotyczy : Załącznika nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby „*metodyki oznaczeń w języku polskim*” dla wszystkich zaoferowanych odczynników były dostarczone wraz z pierwszą dostawą odczynników ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. „*Metodyki oznaczeń w języku polskim*” dla wszystkich zaoferowanych odczynników mają być dostarczone w terminie instalacji Analizatora.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w/w dokumentów na nośniku elektrycznym – płycie CD ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W/w dokumenty mają być dostarczone w wersji papierowej.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPRZESZ ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PRZESZ ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki



FUNDACJA „UNIA BRACKA”
KIEROWNIK
Zespołu Techniczno-Majątkowego
wsp. uniabracka.pl
Tel. 32/240-10-65 wew. 172

Joanna Kasprzak