



Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji

„Unia Bracka”

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice

Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLOWICE

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOLA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 1

„Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk aparatów USG dla Przychodni Brackiej Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu oraz Przychodni Brackiej Gliwice w Gliwicach”

Nr sprawy : NZ/AM/15/16/IN

Pytanie nr 1

Dotyczy: aparatu USG Przychodnia Bracka Gliwice

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę wieloczęstotliwościową elektroniczną sektorową o częstotliwości pracy 2-4MHz i 64elementach (głowice wszystkich dostępnych na rynku producentów posiadają głowice o 64 elementach)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza udziału w postępowaniu oferowanego aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w głowicę wieloczęstotliwościową elektroniczną sektorową o częstotliwości pracy 2 - 4 MHz.

Pytanie nr 2

Dotyczy: aparatu USG Przychodnia Bracka Kazimierz-Juliusz

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę elektroniczną endowaginalną szerokopasmową o częstotliwości pracy 4,2-10MHz?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę elektroniczną endowaginalną szerokopasmową o częstotliwości pracy 4,2-10MHz.

Pytanie nr 3

Dotyczy: aparatu USG Przychodnia Bracka Gliwice i Kazimierz-Juliusz

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat USG o częstotliwości pracy 1,7-13MHz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza udziału w postępowaniu aparatu USG o częstotliwości pracy 1,7-13MHz.





UNIA BRACKA
FUNDACJA

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice

Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLÓWICE

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie nr 4

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy oferowanych aparatów ultrasonograficznych do 10 dni roboczych w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu naprawy oferowanych aparatów ultrasonograficznych do 10 dni roboczych wyłącznie w przypadku gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Pytanie nr 5

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 42 dni.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
.....*Eugeniusz Zaik*.....

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej
.....*Janusz Markowicz*.....



www.uniabracka.pl

Sporządziła: Agnieszka Mól
Zespół Techniczny-Majątkowy
FUNDACJA „UNIA BRACKA”
Tel. 32/240-1065 wew. 172
Ruda Śląska
Zespołu Technicznego-Majątkowego

.....*Joanna Kasperczyk*.....