



Ruda Śląska, 31.10.2017 r.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 00000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 3

„Dostawa gazów ciekłych wraz z dzierżawą przenośnego zbiornika kriogenicznego o pojemności 6 ton do Przychodni Brackiej Bielszowice w Rudzie Śląskiej ulica Kokota 172”

Nr sprawy: 38/17/INZ

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zbiornika o pojemności wodnej 6000 l posadowionego na fundamencie, który po zakończeniu umowy zostanie zdemontowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zbiornika kriogenicznego o pojemności 6 ton, który będzie posadowiony na fundamencie, który po zakończeniu umowy zostanie zdemontowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik wyposażony był w przyłącze do tankowania mniejszych zbiorników będących własnością Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zbiornik wyposażony był w przyłącze do tankowania mniejszych zbiorników wykorzystywanych do krioterapii miejscowej, będących własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga ciekłego azotu zarejestrowanego jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga azotu ciekłego medycznego będącego wyrobem medycznym.

Zamawiający w powyższym zakresie dokona modyfikacji SWZ - Rozdział IV, ust. 1, pkt. 1.5; ust. 3, pkt. 3.2. oraz załącznika nr 2 do SWZ pkt. 7 (Opis przedmiotu zamówienia) i załącznika nr 4 do SWZ ust. 2. pkt. 2.5 (Oświadczenie Wykonawcy)

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki



FUNDACJA „UNIA BRACKA”

www.uniabracka.pl
Zespół Techniczny i Administracyjny

Joanna Kucharska

Sporządziła : Agnieszka Mól
Tel. 32/240-10-65 wew. 172