



Ruda Śląska, 24.02.2015 r.

Fundacja „Unia Bracka”
ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail:
fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGLÓWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HAŁEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 1

„Zakup wraz dostawą, montażem i instalacją systemu do elektrograficznych badań wysiłkowych – bieżnia z modułem ekg, oprogramowanie”

Nr sprawy : NZ/AM/5/15/IN

Pytanie nr 1

Czy w celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający zapewni komputer, spełniający następujące minimalne wymagania sprzętowe:

a) system operacyjny:

Windows XP HE SP2 32/64bit **lub** Windows XP Prof SP2 32/64bit **lub** Windows 7 – 32/64bit **lub** Windows 8 32/64bit.

b) 2 x port RS - 232,

c) 3 x port USB,

d) głośnik,

e) CD/DVD R/W,

f) monitor min 17" rozdzielczość 1024x768.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapewni komputer który spełnia w/w minimalne wymagania sprzętowe.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz

Wiceprezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu

