



Ruda Śląska, 30.04.2015 r.

Fundacja „Unia Bracka”
ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail:
fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDLOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYŚLOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 1

**„Zakup i dostawa 4 sztuk uniwersalnych stołów chirurgicznych
do jednostek organizacyjnych Fundacji „Unia Bracka”**

Nr sprawy : NZ/AM/13/15/IN

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w sposób płynny za pomocą sprężyny gazowej z blokadą? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w sposób płynny za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

Pytanie nr 2

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowego z możliwością mocowania do szyn akcesoryjnych wyposażenia w postaci rolki prześcieradła jednorazowego użytku oraz wysuwanej misy, zatem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z możliwością mocowania tych akcesoriów do ramy stołu w specjalnie przygotowanych pod takie wyposażenie miejscach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w stół zabiegowy z możliwością mocowania akcesoriów do ramy stołu w specjalnie przygotowanych pod takie wyposażenie miejscach.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 620 -1060 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 620 -1060 mm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją kąta przechyłu leża do pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0 do 15 stopni? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją kąta przechyłu leża do pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0 do 15 stopni.





Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail:
fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDLOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurow
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYSŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOLA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKOJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją kąta odchylenia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni? Oferowane zakres tylko w niewielkim stopniu różni się od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w stół chirurgiczny/zabiegowy z regulacją kąta odchylenia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Eugeniusz Zaik

Wiceprezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu

